

국문 규격서

분류번호	제품번호	품명	수량	단위
		WINBACK4(리얼테카테라피)	1	ea

1. 기능

- TECAR : 300KHz~500KHz의 고주파를 사용. CET 도자와 RET 도자를 동시에 적용 가능.
- Hi-TENS : 2~25Hz 저주파를 고주파, 중주파와 동시에 적용 가능.
- Hi-EMS : 1500~2500Hz의 중주파를 저주파, 고주파와 동시에 적용 가능.
- Dynamic : 300KHz와 500KHz 주파수 주기적 변환으로 다양한 깊이의 신체조직 케어
- Low : 0.5초 단위로 on-off를 통해 신체 심부열의 지속적 상승 방지
- Boost : 0.75초는 기본 출력 0.25초는 인텐시티 30% 증가
- CET : 표층 부위에 근육과 같은 연부조직을 타겟으로 심부열을 발생. 두 개의 CET 도자를 동시에 적용 가능.
- RET : 심층 부위에 관절과 같은 경조직을 타겟으로 심부열을 발생. 두 개의 RET 도자를 동시에 적용 가능.
- Multipolar : 1MHz의 고주파를 사용. 두 개의 멀티폴라를 동시에 적용 가능.
- Fractal : 강력한 심부 충격열을 발생시켜 유착된 조직을 치료. 두 개의 프랙탈을 동시에 적용 가능.
- 300KHz~1MHz의 에너지를 이용해 근수축 없이 특정 부위의 통증 감소, 조직재생, 기능회복에 사용
- 2~25Hz의 저주파를 이용해 무통 효과, 배출 효과, 심부열 강화
- 1500~2500Hz의 중주파를 이용해 운동 신경섬유와 심부근육의 고유 수용성 감각 활성화
- 치료사의 도수치료 행위와 고주파 에너지를 결합하여 최소 노력으로 최대의 치료 효과 실현(테카테크닉)
- 외상(구축, 근육 손상, 인대 손상, 염좌, 활액막염, 활액낭염)의 치유
- 류마티스, 관절통, 퇴행성 관절질환, 관절염 등에 적용
- 목, 허리, 팔, 다리, 어깨 등 근골격계 통증 감소
- 피부, 비만 관리 및 운동 전후 컨디셔닝에 활용
- 다이내믹한 운동 과정에서 고주파 에너지를 동시에 이용하여 재활 효과 극대화
- 세계 최초 고주파, 저주파, 중주파를 동시에 사용 가능
- 특수 도자의 TX 기능으로 간편한 사용 조작
- RET 모드(300~500khz), CET모드(300~500KHz), Multi Polar모드, (0.5~1Mhz)의 다양한 주파수 구현 가능
- 치료효과 극대화 및 사용의 편의를 위한 다양한 치료 모드 제공
- 작동이 편리한 터치스크린 방식 User Interface로 에너지의 정교한 조절이 가능
- 뜨겁거나 불쾌하지 않은 고품격 심부 생체열 구현
- LOW BURN, LOW SPARK 고주파 에너지를 동시에 이용하여 재활 효과 극대화

2. 제원

- 가. 제조사 : WINBACK MEDICAL, 프랑스
- 나. 원산지 : 한국 OEM제조

다. 모델명 : WINBACK BACK4
라. 규 격 : 403.6 * 379.0 * 190.5mm
마. 중 량 : 26Kg
바. 전 원 : AC 100~240V, 50/60Hz, 300VA
사. 소비전력 : 300W
아. 출력파형 : Sine wave 정현파
자. 주파수 : 1Mhz, 500KHz & 300KHz

3. 구성품

1. 본체 : 1ea(카트 포함)

2. 부속품

- 2TX handle
- 2 RET bracelets
- 1 neutral return plate
- 1 netural handle
- 4 RET electrodes(70, 60, 40, convex40)
- 4 CET electrodes(70, 60, 40, convex60)
- 1 Hi-RET electrode
- 2 multipolar electrodes(1small, 1large)
- 2 fixed plates(1RET, 1CET)
- 1 mobile TECAR handle
- 2 adhesive cables(1RET, 1neutral)
- 3 generic cables(2RET/CET, 1netural)
- 5 Packs of 5 adhesive return plates
- 5 bottles of Winback Cream

※ 본 규격서와 다른 물품을 공급하고자 할 경우 물품의 규격, 품질 등이 특정된 조건과 항목별 비교 서류로 동
등 이상임을 입증하여 규격 심사에서 '적합' 통과가 되어야만 입찰에 참가(적용)할 수 있습니다.

한방재활의학과 교수 이 정 한

